



Produkt	Endoterapeutické nůžky, opakovaně použitelné	
REF	12-1213, 12-1214, 12-1216, 12-1418, 12-1420, 12-1421, 12-2149	
Popis	Endoterapeutický přístroj, disektor elliquence je navržen a vyroben speciálně za účelem manipulace se strukturami měkkých tkání. Elliquence endoterapeutický přístroj, disektor, je vyroben z nerezových materiálů, které byly podroben výkonu a fyzickému testu k vyhodnocení bezpečnosti, účinnosti a spolehlivosti zařízení..	
Indikace	Elliquence endoterapeutické zařízení, disektor je řada opakovaně použitelných obecných chirurgických nástrojů určených k použití jako příslušenství při obecných chirurgických zákrocích pro manipulaci s tkání.	
Kontraindikace	Nejsou známé. Konečné rozhodnutí o tom, zda použít jedno ze specifikovaného příslušenství endoskopu Elliquence, je odpovědností lékaře a / nebo zdravotnického pracovníka.	
Varování 	Při čištění úzkých dutin a otvorů je nutná zvláštní péče! Naše výrobky jsou obvykle dodávány nesterilizované a musí být připraveny a sterilizovány před prvním použitím v souladu s procesy popsanými v následujícím dokumentu..	
Poznámky 	Omezení znovu použití: opětovné používání produktů může negativně ovlivnit jejich kvalitu. Výrobky obsahující plastové součásti jsou určeny k opětovnému použití po dobu maximálně 50 cyklů. Výrobky vyrobené z čisté nerezové oceli jsou určeny pro maximálně 100 cyklů. Každý produkt je navržen pro konkrétní účel a musí být používán v souladu s tímto účelem. Nevhodné použití může vést k nadměrnému mechanickému namáhání, poruše nebo trvalému poškození produktu a může způsobit, že jsou produkty náchylnější ke korozi. Vadné výrobky musely projít celým zpracováním před vrácením k opravě. Použité zdroje vodovodní vody musí splňovat požadavky směrnice Rady 98/83 / ES ze dne 3. listopadu 1998 týkající se kvality vody pro lidskou spotřebu. Čistící prostředky a dezinfekční prostředky používané k ověření jsou uvedeny v tomto návodu k přípravě. Pokud jsou použity alternativní čistící prostředky a dezinfekční prostředky (součástí dodávky) v RK! nebo VAH), budou za jejich použití odpovědní jednotliví dokončující přípravky	
Pokyny		
Podmínky použití 	Výrobky musí být ihned po použití vloženy do studené vody (<40 ° C). Nepoužívejte teplou vodu (> 40 ° C) ani stabilizační dezinfekční prostředky, protože by mohly způsobit usazování zbytků na produktu (nebezpečí srážení bílkovin (denaturace)), což může ovlivnit další kroky přípravy. Kontaminaci povrchu odstraňte jednorázovým hadříkem / papírovým ručníkem	
Doprava 	Produkty skladujte a přepravujte bezpečným způsobem, aby nedošlo k poškození.	
Příprava pro dekontaminaci	Pokud je to možné, produkty by měly být rozebrány před následujícími kroky přípravy nebo otevřeny během následujících kroků zpracování. Zajistěte, aby žádné oblasti nezůstaly nevymyty. Výrobky musí být připravovány ve vhodných síťových koších nebo drenážních miskách (pro produkt vyberte vhodnou velikost). Výrobky musí být upevněny na místě v čistícím koši s přiměřeným odstupem mezi každým výrobkem. Je třeba zabránit překrývajícím se oblastem, aby nedošlo k poškození během procesu čištění..	
Předběžné čištění	Opláchněte výrobky studenou vodou z vodovodu (<40 ° C), dokud nejsou odstraněny veškeré viditelné nečistoty. Vytvrzené nečistoty je třeba odstranit měkkým kartáčem nebo přiloženým čisticím vřetenem. Dutiny a mezery musí být důkladně propláchnuty (> 30 s) tlakovou vodní pistolí! (nebo podobné) pomocí studené vody z vodovodu (<40 • C).	
Čištění ”” C..	Ruční čištění: - Umístěte produkty do alkalického čisticího prostředku (0,5% neodisher® MediClean forte) do ultrazvukové lázně a nechte čistit po dobu 10 min. s frekvencí 35 kHz. Řiďte se pokyny výrobce čisticího prostředku. - Výrobky zcela očistěte měkkým kartáčem. Důkladně vypláchněte všechny dutiny a mezery pomocí tlakové vodní pistole (> 30 s). Opláchněte výrobky pod tekoucí vodou z vodovodu, abyste odstranili čisticí prostředek (> 15 s).	Automatické čištění (Miele G7835 CD): Předčištění po dobu 1 minuty studenou vodou z vodovodu <40 ° C • Vypusťte vodu • Předčištění po dobu 3 minut studenou vodou z vodovodu <40 ° C • Vypusťte vodu • Čištění po dobu 5 minut při teplotě 55 ° C: t5 ° C s 0,5% alkalickým čisticím prostředkem (0,5% neodisher® MediClean forte) • Vypusťte vodu • Neutralizujte po dobu 3 minut (neodisher® Z) studenou vodou z vodovodu <40 ° C • Vypusťte vodu • Opláchněte po dobu 2 minut demineralizovanou vodou <40 ° C Je třeba dodržovat speciální pokyny poskytnuté výrobcem čisticího stroje.
Dezinfekce	Ruční dezinfekce .Ponořte produkty do dezinfekčního prostředku uvedeného v seznamu RKI nebo VAH. Postupujte podle pokynů výrobce dezinfekčního prostředku. Zajistěte, aby dezinfekční prostředek skutečně dosáhl alternativních oblastí produktu. - Proces je ověřen pomocí následujícího dezinfekčního prostředku: 3% DESOMEDAN IO, 15 minut. 3. Opláchněte produkt (úplné opláchnutí interiéru, exteriéru a dutin) demineralizovanou vodou>	Automatická dezinfekce (Miele G7835 CD): Automatická tepelná dezinfekce v čisticím a dezinfekčním stroji, s ohledem na národní požadavky pro úroveň A0-3000; > 5 minut při 92C ± 2C.

Sušení	Sušte ručně jednorázovým hadříkem, který nepouští vlákna. Abyste se vyhnuli většině zbytků vody v dutinách, doporučujeme foukat tyto pomocí sterilního stlačeného vzduchu bez oleje. Produkt se nikdy nesmí zahřát na teplotu vyšší než 140C	Dokončete automatický proces sušení pomocí procesu čištění a dezinfekce poskytovaného strojem, 30 minut při 60 ° C: 1: 5 ° C, v případě potřeby s následným ručním sušením hadříkem, který nepouští vlákna, a vyfouknutím kavit se sterilním stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.
Údržba, kontrola a posouzení 	Posudte výrobky s ohledem na následující aspekty: - Čistota - Poškození, včetně známek koroze (rusí, důlková koroze), zabarvení, hluboké škrábance, odlupování, praskliny a opotřebení - Správná funkce, včetně ostrosti řezných nástrojů, ohybových vlastností pružných výrobků, dobrého pohybu závěsů, spojů, zámků kufrů a pohyblivých součástí, jako jsou rukojeti a západky - Chybějící nebo odstraněná (opotřebovaná) čísla dílů - Nepoužívejte výrobky, které nefungují správně, jsou vadné nebo jsou nadměrně opotřebované, a nepoužívejte výrobky s nejasným označením nebo chybějícími nebo odstraněnými (opotřebovanými) čísly dílů. Zkontrolujte výrobky, abyste se ujistili, že jsou povrchy ve správném stavu a že jsou správně sestaveny a řádně fungují. Nepoužívejte vážně poškozené výrobky, výrobky s nečitelnými značkami nebo výrobky se známkami koroze nebo tupými břity. Před sterilizací znovu sestavte rozebrané výrobky.	
Během operace	Manipulujte s rukojetí, abyste chytili, manévrovali, stlačili nebo podvázali tkáň	
Dodávky	Elliquence endoterapeutický disektor je dodáván nesterilní.	
Balení	Obal pro výrobky, které mají být sterilizovány, musí odpovídat ISO 11607 a EN 868.	
Sterilizace	Výrobky musí být sterilizovány pomocí frakčního pre vakuového procesu (podle DIN EN ISO 17665-1) a s ohledem na specifické národní požadavky. Sterilizace musí být dokončena pomocí frakčního • předvakuového procesu za následujících parametrů:134°C / 273.2°F, 3 bar, <?:5 min doba výdrže, 3 pre-vakuové cykly Blesková sterilizace není vhodná pro výrobky s kavitami! Je třeba dodržovat pokyny výrobce autoklávu a doporučené pokyny pro maximální množství sterilizovaného zboží. Autokláv musí být nainstalován, udržován, validován a kalibrován v souladu s předpisy.	
Skladování 	Sterilní výrobky skladujte v suchém, čistém a bezprašném prostředí chráněném před poškozením a při mírných teplotách.-..	
Dodatečné informace		
Osoba provádějící přípravu je odpovědná za zajištění toho, aby dokončené přípravy s vybavením, materiálem a personálem v přípravném zařízení skutečně dosáhly požadovaných výsledků. K zajištění tohoto případu bude nutné ověřovací testování a rutinní monitorování použitých procesů a zařízení..		
Vysvětlivky symbolů		

	Nahlédněte do návodu na použití		LOT číslo
	Upozornění		Dodavatel
	Ne sterilní		Pouze na předpis
	<u>Nepoužívejte</u> pokud je obal poškozený		Bez latexu
	Katalogové číslo		